



Canadian Society of Plastic Surgeons | Société Canadienne des Chirurgiens Plasticiens

Le 29 juillet 2019

Chers membres de la SCCP,

Nous vous avons déjà informés de la décision de Santé Canada de suspendre les homologations relatives des implants mammaires texturés BIOCELL d'Allergan.

Le mercredi 24 juillet dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a émis un communiqué demandant à la société Allergan de rappeler ses **implants mammaires etpanseurs tissulaires texturés** BIOCELL pour protéger les patientes contre le risque accru de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) associé à ce type de dispositifs.

Le jeudi 25 juillet, la société Allergan a décidé de rappeler à l'échelle mondiale les **implants mammaires ETpanseurs tissulaires** texturés BIOCELL<sup>MC</sup>.

Pour obtenir plus d'information sur ces décisions, suivez les liens suivants :

Canada : <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70045a-fra.php>

FDA : <https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-takes-action-protect-patients-risk-certain-textured-breast-implants-requests-allergan>

Vous pouvez aussi consulter le communiqué de presse d'Allergan annonçant le rappel à l'échelle mondiale des implants texturés BIOCELL<sup>MC</sup> : <https://www.allergan.ca/fr-ca/news/list/allergan-to-voluntarily-recall-textured-breast-imp>

Voici ce que la SCCP et la SCCPE conseillent à leurs membres

- Cesser immédiatement d'utiliser (de poser) les implants mammaires et lespanseurs tissulaires texturés Biocell<sup>MC</sup> mentionnés dans les bulletins de la FDA et de Santé Canada (voir les liens ci-dessus) et de demander à leurs établissements de retourner les dispositifs qu'ils ont en stock;

## Canadian Society of Plastic Surgeons | Société Canadienne des Chirurgiens Plasticiens

PO Box | CP 60192 Saint-Denis Montréal, QC Canada, H2J 4E1 Tel | Tél: 514.843.5415 Fax | Téléc: 514.843.7005 Email | Courriel: [csps\\_sccp@bellnet.ca](mailto:csps_sccp@bellnet.ca) [www.plasticsurgery.ca](http://www.plasticsurgery.ca)

President | Président  
**Dr. Bing Siang Gan**  
London, Ontario

Secretary-Treasurer | Secrétaire-Trésorier  
**Dr. Earl Campbell**  
Calgary, Alberta

Historian | Historienne  
**Dr. Melinda, Musgrave**  
Toronto, Ontario

Executive Director | Directrice Exécutive  
**Karyn Wagner**  
Montréal, Québec  
[kwagner.csps\\_sccp@bellnet.ca](mailto:kwagner.csps_sccp@bellnet.ca)

Vice-President | Vice-Présidente  
**Dr. Carolyn Levis**  
Hamilton, Ontario

Membership Chair | Étude des Titres  
**Dr. Danny Peters**  
Ottawa, Ontario

Public Relations Chair | Relations Publiques  
**Dr. Rob Harrop**  
Calgary, Alberta

Vice-President Elect | Vice-Président Désigné  
**Dr. Steven Morris**  
Halifax, Nova Scotia

Past President | Président Sortant  
**Dr. Rob Harrop**  
Calgary, Alberta

Directors | Directrices  
**Dr. Margaret Wheelock**  
Halifax, Nova Scotia

**Dr. Kirsty Boyd**  
Ottawa, Ontario

- Déployer tous les efforts possibles pour rejoindre les patientes qui portent ces implants mammaires ou ces extenseurs tissulaires. Pour le moment, Santé Canada et la FDA ne recommandent pas le retrait de ces dispositifs chez les patientes asymptomatiques parce que le risque de LAGC-AIM chez ces patientes est faible. Évaluer le risque de LAGC-AIM en traitant une patiente chez qui un changement autour de l'implant mammaire a été observé récemment, comme l'apparition d'un sérome, d'une masse ou d'une induration à proximité de l'implant mammaire. En cas de suspicion d'un LAGC-AIM, diriger la patiente vers un spécialiste du diagnostic et du traitement de cette maladie.
- Signaler tous les cas de LAGC-AIM à la SCCP ou à la SCCPE de même qu'au D<sup>r</sup> Peter Lennox ou au D<sup>r</sup> Mitchell Brown. Le document de notification ne devrait contenir que des données anonymisées. Les D<sup>rs</sup> Lennox et Brown continuent d'informer les deux sociétés des nouveaux cas de LAGC-AIM et de leurs issues.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le LAGC-AIM

sur le site Web de la FDA à

<https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/questions-and-answers-about-breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl>

sur le site Web de l'ASPS à

[https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/health-policy/bia-alcl-physician-resources?utm\\_source=Adestra&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=FDA%20Breast%20Implant%20Notice&utm\\_term=Varies&utm\\_content=American%20Society%20of%20Plastic%20Surgeons%20BIA-ALCL%20Physician%20Resources%20web%20page](https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/health-policy/bia-alcl-physician-resources?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_campaign=FDA%20Breast%20Implant%20Notice&utm_term=Varies&utm_content=American%20Society%20of%20Plastic%20Surgeons%20BIA-ALCL%20Physician%20Resources%20web%20page)

sur le site Web de la SCCP à

<http://plasticsurgery.ca/medical-professionals/information-plastic-surgeons/alcl/>

Sincèrement,

Bing Siang Gan MD, FRCSC  
Président  
Société Canadienne des Chirurgiens Plasticiens

Richard Bendor-Samuel, MD, FRCSC  
Président  
Société Canadienne de Chirurgie Plastique Esthétique